

## 点検チェックリスト Inspection Checklist

No	チェック内容 Check Details	チェック check
<b>■ 廃液タンク Liquid Waste Container</b>		
1	廃液タンクの下に液漏れ防止用のトレイが敷かれている Leakproof trays are placed under the liquid waste containers.	
2	廃液タンクの中身が明示され、内容物が何かわかるようになっている The contents of the liquid waste containers are clearly labeled so that you can see what the contents are.	
<b>■ ボンベ Gas Cylinder</b>		
3	ボンベスタンドが壁または床に固定されている Cylinder stands are fixed to the wall or floor.	
4	ボンベが、スタンドの固定用チェーン等で上下2カ所固定されている The gas cylinder is fixed to the cylinder stand in two places upper and lower, such as by two chains of the stand.	
5	ボンベ同士が固定されていない All gas cylinders are secured individually, not to each other.	
<b>■ 背の高い棚・冷蔵庫（目安170～180cm以上） Tall Shelves and Refrigerators (around 170-180 cm or more)</b>		
6	棚上部へ配置されている重量物に、落下防止措置がとられている Heavy objects placed on top of shelves are protected from falling.	
7	背の高い棚や冷蔵庫が、壁または床に固定されている Tall shelves and refrigerators are fixed to the wall or floor.	
<b>■ 実験台上の重量のある実験機器（インキュベータ等） Heavy Experimental Equipment on the Lab Table (e.g. incubators)</b>		
8	固定または転倒防止ジェルマット等で、落下防止措置がとられている Fall prevention measures have been taken, such as by fixing the equipment to the table or using an earthquake-resistant gel mat, etc.	
<b>■ 車輪付き装置 Wheeled Devices</b>		
9	車輪付き装置に輪留めまたはストッパーが付けられている Wheeled devices are fitted with wheel clamps or wheel stoppers.	

■コンセント Electrical Outlets		
10	電源タップが床置きされていない（机側面やケーブルトレイに設置） Power strips are not placed on the floor. (mounted to a desk or placed in a cable tray)	
11	たこ足配線になっていない Electrical sockets are not overloaded by plugging in too many appliances.	
12	通路を横断するケーブルには、ケーブルカバーが設置されている The cables traversing the passageway are protected with floor cord covers.	
■毒物・劇物 Poisonous and Deleterious Substances		
13	毒物・劇薬はカギ付きの薬品庫で保管されている Poisonous and deleterious chemicals are stored in a locked medicine cabinet.	
14	薬品庫が壁または床に固定されている Medicine cabinets are fixed to the wall or floor.	
15	毒物・劇薬の使用状況が管理されている The usage of poisonous and deleterious chemicals is controlled.	
■火災対策 Fire Prevention		
16	防火設備（防火戸、消火栓、防火シャッター、消防隊非常用進入窓口）の周辺に障害物が置かれていない No obstacles are placed in the vicinity of fire prevention equipment (fire doors, fire hydrants, fire shutters, fire brigade entrance) .	
17	安全な避難路が確保されている（目安：幅80cm以上、床面凹凸1.5cm以下） Safe evacuation routes are secured. (Width: 80 cm or more. Floor surface unevenness: 1.5 cm or less.)	